Technisches Prüfprotokoll

QUALITÄTS-SICHERUNG

		Chargen-Nr.:	104838-02
		Artikel-Nr.:	14.377.02
Artikel / Zeich.-Nr.:	**01-90195-0000-0023 / 90195**		
Bezeichnung:	Montageartikel Kanüle 01-00195-0220-0020 aus Bormed HE 7541 PH, weiss 8160 montiert mit Steckkappe 01-01124-0301-0005 aus Lupolen 1800H, weiss 8160	KM-Charge:	746422 / 1
		Liefermenge:	360.000
		Fertigungsmenge:	360.000
		Fertigungsdatum:	29.03.2019 - 03.04.2019

ATTRIBUTIVE PRÜFUNG

Bezeichnung	Fehler	Bemerkung
Farbprüfungen	0	
Funktionsprüfungen	0	
Lehrenprüfungen	0	
Materialprüfungen	0	
Sichtprüfungen	0	

Bemerkung:

Maße ohne Toleranzangabe sind nach DIN 16901. Die Freimaßtoleranzen sind nach Kennbuchstabe B angegeben, bei werkzeugungebundenen Maßen sind die Toleranzen nach Kennbuchstabe A zulässig. Mit der Überlassung des Prüfprotokolls bestätigen wir, daß wir die ausgewiesenen Prüfungen nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt haben. Wir geben hiermit keine Zusicherung, daß die Sendung nur die ausgewiesenen Fehler enthält und im übrigen fehlerfrei ist. Dieses Protokoll dient nur der Information über unsere durchgeführten Prüfungen und deren durch Zufalls-stichproben erzielten Ergebnisse. Es beinhaltet nicht die Zusicherung von Eigenschaften oder die Übernahme eines Garantieversprechens und erweitert nicht die in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Auftragsbestätigungen abgegebenen Erklärungen. Sämtliche Prüfdaten sind dokumentiert und stehen auf Nachfrage zur Verfügung.

Im Original gezeichnet und datiert auf den 04.09.2019