Union plastic HEALTH ONLY	**Certificat de Conformité** *Certificate of Conformity*	**ERQ5-10/2a**
	Code document / *Document Code* **CC n° 40/A - WE004**	

Désignation Document / *Document Designation*		Date
Certificat de Conformité : *Certificate of Conformity :*	Applicateur 5ml imprimé	**18/10/2022**
Référence / Code : *Reference / Code :*	5ASV1272/3	

Date Commande : *Order Date :*	**29/07/2022**	Date Fabrication : *Manufacturing Date :*	**17/10/2022**	Lieu Fabrication : *Manufacturing Place :*	**UPP**
Client : *Customer :*	**WEPA APOTHEKENBEDARF GMBH & CO KG**	N° de Commande : *Order Number :*	**1100224656**		
Date Péremption : *Expiration Date :*	**2027-10-17**	Référence Client : *Customer Reference :*	**033270**		
Référence UP : *UP Reference :*	**5ASV1272/3**	Désignation Pièces : *Item Designation :*	**Applicateur 5ml imprimé**		
N°OF : *Fabrication Order :*	**056474/010**	Lot : *Batch :*	**056474/010**		
Quantité de Pièces : *Item Quantity :*	**10000**	Nombre de Colis : *Number of Packages :*	**10**	N° Film : *Film number :*	**22062**
Observation : *Observation :*	**NA**				

Contrôle Niveau 1 (Contrôle Opérateur) / STEP 1 (Machine Operator Control) :
- Contrôle Visuel (Apparence, Couleur, Propreté) / Visual Inspection (Aspect, Colour, Cleanness)

Contrôle Niveau 2 (Contrôle Volant) / STEP 2 (Controller) :
- Tous les contrôles du niveau 1 sont analysés et répétés / All the STEP 1 controls are checked and repeated.

Dispositifs Médicaux : Contrôles de Volume / Volumes Controls

Specifique : Contrôles suivant procédure ou référentiel / Controls according to procedure or reference frame.

Contrôle Final (Avant expédition, Suivant prélèvement U.P.) / Final Control (Before dispatching)) :
- Suivant échantillonnage, Contrôles visuels / Visual inspection.

Nous attestons que les produits livrés sont conformes aux stipulations de la commande, compte tenu des résultats positifs de nos contrôles.
We certify that the products delivered comply with the stipulations of the order, taking into account the positive results of our checks.

Assistante Qualité
Severine BERTINELLI

ZA Robert BP 27
43140 Saint-Didier-en-Velay - France
Tél. +33 (0)4 71 61 13 09
Fax. +33 (0)4 71 66 26 64
union-plastic@omerin.com

www.union-plastic.com
S.A.S. au capital de 1.000.000 € - RCS Le Puy-en-Velay [43] - SIRET 552 134 454 00057 - APE 2222 Z - TVA : FR 43 552 134 454