

Zertifikat



BGS Fritz-Kotz-Straße 12 + 16 51674 Wiehl

Remy & Geiser GmbH
Remy & Geiser Straße 1
98701 Altenfeld/Thüringen

Ihre Lieferschein-Nr.: 9/2023
Ihre Bestellung: 9/2023
Kunden-Nr.: 100334
Datum: 13.06.2023

BGS-Auftrags-Nr.: 312684

Zertifikat Nr.: 1172402
Seite: 1 / 1

BGS-Chargen-Nr./Split Nr.: 23022985/0

Bestrahlte Menge:	3 Palette(n), 12.004 Stück enthält 4 Muster
Ihr Artikel:	Augentropfgläser
Ihre Charge(n):	A23005_31100460
BGS Materialnummer:	006561
Strahlenart:	Gamma
Erforderliche Minimaldosis [kGy]:	25,00
Zulässige Maximaldosis [kGy]:	45,00
Bestrahlt am:	12.06.2023
Ermittelte Minimaldosis [kGy]:	26,62
Ermittelte Maximaldosis [kGy]:	38,97
Chargen-Freigabe:	Ewelina Malinowska, 13.06.2023, 07:03

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

